

Tyto technické parametry budou předmětem hodnocení

Lůžka pro intermediální péči - označeny jako typ A

Parametry hodnocené kvantitativně

Nosnost lůžka jako bezpečná pracovní zátěž nad 220kg

Nastaviteľný zdvih ložné plochy nad minimální rozsah zdvihu 20cm. Nejvyšší ohodnocení obdrží lůžko zvyšující požadovaný rozsah zdvihu o 20 cm (vyšší rozsah zdvihu nebude zvýhodněn).

Možnost polohovatelnosti žádového dílu v rozmezí od 60° do 90°(rozsah nad 90° nebude zvýhodněn)

Možnost polohovatelnosti stehenního dílu v rozsahu od 30° do 90° (rozsah nad 90° nebude zvýhodněn).

matematicky srovnatelná kritéria - celkem 4 subkritéria

Parametry hodnocené kvalitativně (ANO - 100 bodů/NE - 0 bodů)

Možnosti ovládání polohování ze sesterského ovladače:

ochrana proti nechtemu polohování (ANO/NE)

možnost blokace ovládání jednotlivých funkcí na pacientském ovladači (ANO/NE)

předprogramovaná poloha resuscitační poloha CPR (ANO/NE)

předprogramovaná poloha kardiacké křeslo (ANO/NE)

předprogramovaná poloha Trendelenburgova poloha (ANO/NE)

Pacientský ruční ovladač (ANO/NE)

s ochranou proti nechtemu polohování (ANO/NE)

Možnost výběru barvy výplní čel (ANO/NE)

Automatický odsun žádového a stehenního dílu v horizontálním a vertikálním směru pro eliminaci talku a střížních sil při polohování (dvojitá autoregresce, ergoframe, apod.) (ANO/NE)

Brzdy pojazdových koleček s centrálním ovládáním (ANO/NE)

Možnost aretace jedné nápravy koleček v požadovaném směru (ANO/NE)

Možnost dopolohování dalších dílů ložné plochy (ANO/NE)

matematicky nesrovnatelná kritéria - celkem 12 subkritérií

Lůžka pro standardní péči - označeny jako typ B

Parametry hodnocené kvantitativně.

Nosnost lůžka jako bezpečná pracovní zátěž nad 170kg

Nastaviteľný zdvih ložné plochy nad minimální rozsah zdvihu 15cm. Nejvyšší ohodnocení obdrží lůžko zvyšující požadovaný rozsah zdvihu o 20 cm (vyšší rozsah zdvihu nebude zvýhodněn).

matematicky srovnatelná kritéria - celkem 2 subkritéria

Parametry hodnocené kvalitativně (ANO - 100 bodů/NE - 0 bodů)

Možnost polohovatelnosti žádového dílu (ANO/NE)

Možnost polohovatelnosti stehenního dílu (ANO/NE)

Možnost dopolohování dalších dílů ložné plochy (ANO/NE)

Možnosti ovládání polohování ze sesterského ovladače: ochrana proti nechtemu polohování (ANO/NE)

Možnosti ovládání polohování ze sesterského ovladače: možnost blokace ovládání jednotlivých funkcí na pacientském ovladači (ANO/NE)

Brzdy pojazdových koleček s centrálním ovládáním (ANO/NE)

Možnost aretace jedné nápravy koleček v požadovaném směru (ANO/NE)

Připravenost k instalaci: Hrazda s výškově stavitelnou rukojetí s nosností minimálně 75Kg (ANO/NE)

Připravenost k instalaci: Držák infuzi k nasazení na hrazdu (ANO/NE)

Připravenost k instalaci: Infuzní stojan NR (chrom), výškově stravitelný (ANO/NE)

Připravenost k instalaci: Koš na bažanta (ANO/NE)

matematicky nesrovnatelná kritéria - celkem 11 subkritérií

Pacientský stolek k lůžku s jídelní deskou

Parametry hodnocené kvalitativně (ANO - 100 bodů/NE - 0 bodů)

Integrovaná plynule výškově stavitelná jídelní deska s posilováním (ANO/NE)

Integrovaná jídelní deska naklopitelná pro čtení i psaní (ANO/NE)

Integrovaná jídelní deska s automatickou aretací výšky a náklonu pro bezpečné a jednoduché ovládání (ANO/NE)

Odolná horní plocha a jídelní deska s postranními lištami zamezujičí pádu položených předmětů (ANO/NE)

Možnost výběru barvy v souladu s barvou lůžek (ANO/NE)

matematicky nesrovnatelná kritéria - celkem 5 subkritérií

Tyto technické parametry musí splnit všichni dodavatelé/uchazeči a nebudou předmětem hodnocení

Lůžka pro intermediální péči - označeny jako typ A

Nepodkročitelné požadavky, produkt s lepšími vlastnostmi nezíská žádnou výhodu, která nabídka nesplní požadavek, je ze soutěže vyřazena.

Lůžko musí splňovat základní požadavky předepsané pro nemocniční lůžka podle zákona č.22/1997 Sb.

Vnější rozměry lůžka s ohledem na manipulovatelnost a průjezdnot v prostorách nemocnice (celkové vnější rozměry kompletu): šířka maximálně 105 cm (včetně postranic a to i v případě, že jsou odnímatelné), délka maximálně 230 cm (pokud je podélném směru rozměr nastavitelný, nesmí požadovanou délku překročit nejmenší možná délka)

Rozměry ložné plochy s ohledem na bezpečné a pohodlné uložení pacienta a možnost manipulace s ním: šířka minimálně 85 cm, délka minimálně 210 cm (pokud je v podélném směru rozměr nastavitelný, je požadavek splněn pro: 200cm základní délka + minimálně 10 cm prodloužení)

Možnost provedení náklonu do Trendelenburgovy a Antitrendelenburgovy polohy min. 12° na obě strany pomocí motoru.

Čela odnímatelná s aretací proti samovolnému vytážení při transportu.

Povinně dělené sklopné postranice s dostatečnou ochranou pacienta před pádem či zaklíněním, ovladatelné jednou rukou (bezpečné odjištění minimálně dvěma nezávislými pohyby!)

Možnost instalace extenčních tyčí

Potenciálové propojení (svod potenciálu statické elektřiny)

Nosnost lůžka jako bezpečná pracovní zátěž minimálně 220kg.

Nastavitelný zdvih ložné plochy pomoci motoru pro bezpečnou práci personálu (ochrana zad beder a páteře), péči a mobilizaci pacienta. Požadován je minimální rozsah nastavení výšky 45-65 cm (rozsah zdvihu 20cm).

Polohovatelná čtyřdílná ložná plocha s dalšími požadavky:

Zádový díl motoricky polohovatelný v rozsahu 0-60° jako minimální požadavek (hodotit se bude dosažení rozsahu do 90°)

Stehenní díl motoricky polohovatelný v rozsahu 0-30° jako minimální požadavek (hodotit se bude dosažení rozsahu do 90°).

Možnost dopolohování dalších dílů.

Povinně centrální sesterský ovládací panel. Výhodou ochrana proti nechtěnému polohování, možnost blokace ovládání jednotlivých funkcí pacientským ovladačem, předprogramované důležité polohy (resuscitační poloha CPR, kardiacké křeslo, Trendelenburgova poloha), uživatelská přívětivost.

Povinně možnost provést rychlospuštění zádového dílu (CPR)

Povinně oboustranně univerzální lišty a držáky na příslušenství

Povinné brzdy pojazdových koleček, k hodnocení funkčnosti, jednoduchost obsluhy (centrální ovládání)

Povinně ochranná nárazová kolečka v rozích lůžka

Hrazda s výškově stavitelnou rukojetí s nosností minimálně 75Kg

Držák infuzí k nasazení na hrazdu

Infuzní stojan NR (chrom), výškově stravitelný

Koš na bažanta

Lůžka pro standardní péči - označeny jako typ B

Nepodkročitelné požadavky, produkt s lepšími vlastnostmi nezíská žádnou výhodu, která nabídka nesplní požadavek, je ze soutěže vyřazena.

Lůžko musí splňovat základní požadavky předepsané pro nemocniční lůžka podle zákona č.22/1997 Sb.

Vnější rozměry lůžka s ohledem na manipulovatelnost a průjezdnot v prostorách nemocnice (celkové vnější rozměry kompletu): šířka maximálně 105 cm (včetně postranic a to i v případě, že jsou odnímatelné), délka maximálně 230 cm (pokud je podélném směru rozměr nastavitelný, nesmí požadovanou délku překročit nejmenší možná délka)

Rozměry ložné plochy s ohledem na bezpečné a pohodlné uložení pacienta a možnost manipulace s ním: šířka minimálně 85 cm, délka minimálně 210 cm (pokud je v podélném směru rozměr nastavitelný, je požadavek splněn pro: 200cm základní délka + minimálně 10 cm prodloužení)

Čelo v záhlaví odnímatelné s aretací proti samovolnému vytažení při transportu.

Sklopné postranice s dostatečnou ochranou pacienta před pádem či zaklíněním, ovladatelné jednou rukou (bezpečné odjištění minimálně dvěma nezávislými pohyby!)

Možnost instalace extenčních tyčí

Potenciálové propojení (svod potenciálu statické elektřiny)

Nosnost lůžka jako bezpečná pracovní zátěž **minimálně 170kg**

Nastavitelný zdvih ložné plochy pomocí motoru pro bezpečnou práci personálu (ochrana zad beder a páteře), péče a mobilizaci pacienta. Požadovaný je **minimální rozsah nastavení výšky 50-65 cm (rozsah zdvihu 15cm).**

PoloMOVATELNÁ čtyřdílná ložná plocha

Povinně centrální sesterský ovládací panel. Výhodou ochrana proti nechtěnému polohování, možnost blokace ovládání jednotlivých funkcí pacientským ovladačem, uživatelská přívětivost.

Povinně možnost provést rychlospuštění zádového dílu (CPR)

Povinně oboustranně univerzální lišty a držáky na příslušenství

Povinné brzdy pojazdových koleček

Povinné ochranná nárazová kolečka v rozích lůžka

Pasivní antidekubitní matrace k lůžku

Nepodkročitelné požadavky, produkt s lepšími vlastnostmi nežiská žádnou výhodu, která nabídka nesplní požadavek, je ze soutěže vyřazena.

Jádro ze studené PUR pěny o hustotě min. 40kg/m³, podélný a příčný antidekubitní prořez zajišťující zónovou tuhost a dobrou ventilaci jádra.

Ochrana pacienta proti dekubitu ve stupni poškození **minimálně 3**

Materiál potahu bakteriostatický, desinfikovatelný běžnými prostředky, pružný, zip s ochranou proti znečištění.

Rozměry dle lůžka - pro lůžka s přestavitevnou délkou považujeme za standardní délku 200cm, výška zaručující poddajnost, pevnost

Pacientský stolek k lůžku s jídelní deskou

Nepodkročitelné požadavky, produkt s lepšími vlastnostmi nežiská žádnou výhodu, která nabídka nesplní požadavek, je ze soutěže vyřazena.

Vlastnosti: pojízdný, oboustranný.

Provedení stolku – nahoře zásuvka, uprostřed nika, dole dvířka, držák na zavěšení ručníku, manipulační madla na korpusu stolku

Integrovaná plynule stavitelná jídelní deska s posilováním, naklopitelná pro čtení i psání, s automatickou aretací výšky a náklonu pro bezpečné a jednoduché ovládání

Čistitelnost stolku: povinně vyjímatelná vložka a poličky

Kolečka umožňující pojezd přes drobné nerovnosti (doporučený průměr minimálně 70mm)

Kolečka umožňující pojezd minimálně dvě brzdítelná